



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU.C-RU.MЛ03.B.00022

Серия RU № 0059681



**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации НП "Сертификационный Испытательный Центр". Адрес: 195112, Россия, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68; 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский просп., 68 (фактический). Телефон: (812) 5280883, Факс: (812) 3310773. E-mail: sic@sic.org.ru, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11МЛ03, выдан 21.06.2013 Федеральной службой по аккредитации

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ЗАО "Санкт-Петербургский институт профилактической медицины"  
Адрес: Россия, 197101, Санкт - Петербург, ул. Льва Толстого, д. 10; ОГРН: 1037828018491  
Россия 194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 10, лит. А (фактический)  
Телефон: +78124906588, Факс: +78124906588, E-mail: info@galokamera.com

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ЗАО "Санкт-Петербургский институт профилактической медицины"  
Адрес: Россия, 197101, Санкт - Петербург, ул. Льва Толстого, д. 10; ОГРН: 1037828018491  
Россия 194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 10, лит. А (фактический)  
Телефон: +78124906588, Факс: +78124906588

**ПРОДУКЦИЯ**

Аппарат для создания микроклимата соляных пещер  
модель Аэрогалитгенератор АГТ-03  
Серийный выпуск по ТУ 5156-003-11140112-2010

КОД ТН ВЭД ТС 8509 80 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

Технических регламентов Таможенного союза

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования";

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

-протокола испытаний № 16122694-13-СИЦ от 26.12.2013 Испытательная лаборатория  
НП "Сертификационный Испытательный Центр" аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ME95  
(срок действия от 22.12.2010 до 22.12.2015 г.);

-акта анализа производства №16122694 от 09.01.2014 г.,

выданного органом по сертификации НП "Сертификационный Испытательный Центр",  
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11МЛ03 (срок действия от 09.12.2010 до 09.10.2015)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Условия хранения, срок службы (годности) указаны в сопроводительной документации  
изготовителя, схема сертификации 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ 16.01.2014

ПО

15.01.2019

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

М. Е. Должков  
(подпись)

Д. В. Быстров  
(подпись)



## 9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 9.1. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ гарантирует соответствие Аэрогалитгенератора АГГ-03 требованиям паспорта при соблюдении ПОТРЕБИТЕЛЕМ условий хранения, транспортирования и эксплуатации.
- 9.2. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ выполняет монтаж и подготовку к работе Аэрогалитгенератора.
- 9.3. Срок гарантии 24 месяца после вызова ПОТРЕБИТЕЛЕМ.
- 9.4. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтирует Аэрогалитгенератор или заменяет его составные части, если неисправности возникли не по вине ПОТРЕБИТЕЛЯ.
- 9.5. Если в период гарантийного срока аппарат вышел из строя в результате неправильной эксплуатации, стоимость ремонта, включая командировочные расходы, оплачивает ПОТРЕБИТЕЛЬ.

## 10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Аппарат для создания микроклимата соляных пещер  
**АЭРОГАЛИТГЕНЕРАТОР АГГ-03** соответствует техническим данным настоящего паспорта, и признан годным для эксплуатации.

Заводской № А 00690 ОТК



Дата выпуска 22 АВГ 2016



От изготовителя

Предприятие производитель:

**ЗАО «Санкт-Петербургский институт профилактической медицины»**  
Россия, 197101, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д.10,  
тел./факс: +7 (812) 490-65-88, +7 (812) 640-82-88  
e-mail: [info@galokamera.com](mailto:info@galokamera.com)  
[www.galokamera.com](http://www.galokamera.com)